

แบบประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

สรุปผลการประเมินคุณภาพวัสดุการแพทย์

รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลิน ขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร

บริษัท/หจก. ....

| ลำดับ            | รายการ                                                                | คะแนน<br>เต็ม<br>๑๐๐ | ผลการทดสอบ      |              |            | รวมคะแนน |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|----------|
|                  |                                                                       |                      | ปรับปรุง<br>(๐) | พอใช้<br>(๕) | ดี<br>(๑๐) |          |
| ๑.               | ความจุ                                                                |                      |                 |              |            |          |
| ๒.               | มาตราส่วนแสดงความจุ                                                   |                      |                 |              |            |          |
| ๓.               | ตัวกระบอก                                                             |                      |                 |              |            |          |
| ๔.               | ลูกสูบและก้านฉีดยา                                                    |                      |                 |              |            |          |
| ๕.               | หัวฉีดยา                                                              |                      |                 |              |            |          |
| ๖.               | การรั่วซึม                                                            |                      |                 |              |            |          |
| ๗.               | การหล่อลื่น                                                           |                      |                 |              |            |          |
| ๘.               | ปริมาณคงค้างในเข็มและปลายหลอด<br>ฉีดยา (ต้องไม่มากกว่า๐.๐๑ มิลลิลิตร) |                      |                 |              |            |          |
| ๙.               | การบรรจุ                                                              |                      |                 |              |            |          |
| ๑๐.              | ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์                                          |                      |                 |              |            |          |
| รวมคะแนนทั้งสิ้น |                                                                       |                      |                 |              |            |          |

.....ประธานกรรมการ  
(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

..... กรรมการ  
(นางสาวสุรีพร อิศวีรานนท์)

..... กรรมการ  
(นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรีชา)